

تاریخ: --/--/--

شرکت امین طب

خدمات امین تکنولوژی نوین

نام و امضای تنظیم کننده:

ADVIA 2120/2120i Maintenance Checklist

نگهداری روزانه																												ردیف				
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
																															انجام System Wash	1

نگهداری هفتگی													ردیف	
هفته چهارم			هفته سوم			هفته دوم			هفته اول					
													شستشوی Flow cell	1
													شستشوی مسیر مکش نمونه و Shear valve	2
													شستشوی Shear valve	3
													شستشوی مسیر VSC	4
													شستشوی مسیر peroxidase waste	5
													نظافت محفظه پروکسیداز	6

نگهداری هر ۲ هفته													ردیف	
													Perox cleaning	1
نگهداری ۶ ماهه													ردیف	
													نظافت فیلتر هوا	1